

14.10.2025

Leikkaus- ja toimenpideyksikkö, Navigaatiolaite

Merkki ja malli: Stealthstation 58	
Toimittaja: Medtronic	Toimittajan yhteyshenkilö:
Koekäyttäjä: Mihhail Naboistsikov Tiina Pyttynen Niina Kaunisto	Yhteyshenkilöt:
Koekäyttöpäivä: 29.9.2025 ja 1.10.2025	Kanta-Hämeen hva Hämeenlinnan yksikkö Lääkintätekniikka Parantolankatu 6 13530 Hämeenlinna

Kuvaus koekäytön käytännöistä ja pisteytyksestä:

Koekäyttöön toimitetut laitteet testataan ja arvioidaan tässä lomakkeessa esitettyjen osa-alueiden perusteella, Kukaan koekäyttäjä arvioi jokaisen osa-alueen erikseen ja kirjoittaa perustelut sille varattuun kenttään lomakkeessa. Tällä tavalla laitetoimittaja voi saada koekäytössä korkeintaan 100 pistettä.

Perustelut	Pisteet / kommentit (max 100 p)
Yhteensopivuus Ziehmin 3D C-kaaren kanssa, linkityksen helppous (max 15 p) - Pisteet: Erittäin hyvä 15 p Kohtalaista 7 p Vaikeaa 0 p Kommentit annetuista pisteistä: Yhteys toimii hyvin ja nopeasti, yksinkertainen	(0–15 p) 15 p
Monipuoliset modaliteetit / toiminnot (max 10 p) - Pisteet Hyvä 10 p Kohtalainen 5 p Heikko 0 p Kommentit annetuista pisteistä: Kaikki tarpeellinen on olemassa	(0–10 p) 10 p
Käyttöliittymän selkeys, loogisuus ja nopeus (max 15 p) - Pisteet Hyvä 15 p Kohtalainen 7 p Heikko 0 p Kommentit annetuista pisteistä: Yksikertainen, käyttäjäystävällinen, hyvin selkeä, helppo	(0–15 p) 15 p
Käytön aloittamisen helppous ja nopeus (max 15 p) - Pisteet Hyvät 15 p Kohtalainen 7 p Heikko 0 p Kommentit annetuista pisteistä: Helppo, nopea oppia	(0–15 p) 15 p

Kalibroinnin tekeminen (max 15 p) (nopeus ja tekninen tekeminen) - Pisteet Helppo (vähän vaiheita, helppo oppia) 15 p Kohtalainen 7 p Vaikea (monimutkainen, paljon vaiheita) 0 p Kommentit annetuista pisteistä: Helppo	(0–15 p) 15 p
Navigaattorin näytön toiminta ja tarkkuus (max 10 p) (informatiivisuus, kuvan laatu, sijoittamisen helppous eli hyvää toiminnallisuutta haetaan) - Pisteet Hyvä 10 p Kohtalainen 5 p Heikko 0 p Kommentit annetuista pisteistä: Hyvä kuvanlaatu ja tarkkuus, luotettava	(0–10 p) 10 p
Instrumenttien toiminta ja leikkausvalmiuteen saattaminen (max 20 p) (yksinkertaiset mekaniikaltaan koota, loogista) - Pisteet Helppo 20 p Kohtalainen 10 p Vaikea 0 Kommentit annetuista pisteistä: Helppo ja looginen	(0–20 p) 20 p